Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења број 18
Београд
15.05.2014.године

Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за поступак јавне набавке мале вредности добара ознаке и броја ЈН-01-22/10-2014 -лабораторијске центрифуге-

Потенцијални понуђач је доставио захтев за додатним појашњењем у вези конкурсне документације, па достављамо следећи одговоре.

1)Питање: Да ли је прихватљиво понудити микроцентрифугу са максималним бројем обртаја од 14 000, димензија 199*231*292 и масе приближно 7 кг?

Одговор: Понуђена микроцентрифуга одговара спецификацији наведеној у конкурсној документацији, под условом да испуњава и захтев по питању загревања ротора.

2)Питање: Да ли је прихватљиво понудити центрифугу ROTOFIX са 28 радних места (4 адаптера са 7 позиција за епрувете од 15 мл)?

Одговор: Центрифуга са 28 радних места није прихватљива, јер нам продужава време рада у лабораторији, наиме, центрифуга је предвиђена за студентске вежбе, а време извођења вежби ограничено.